

Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ «ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»  
Утебаев А.О.



Приложение 1

## Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование             | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Единица измерения | Количество | Цена   | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 | Облучатель бактерицидный | <p>Облучатель открытого типа, используется для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей жестким ультрафиолетом в отсутствие людей, является эффективным средством профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.</p> <p><b>Исполнение:</b> передвижной</p> <p><b>Источник излучения:</b> УФ-лампа 30 Вт — 4 шт.</p> <p><b>Характеристики лампы:</b> Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с пониженным содержанием ртути не более 4,3 мг, хранящейся в лампе в виде таблетки либо амальгамы (не в жидком виде), поток излучения — 4,9 Вт, минимальная облученность на расстоянии 1 м в секторе прямого луча — 0,5 Вт/м<sup>2</sup>. Образование озона полностью отсутствует.</p> <p><b>Ресурс лампы:</b> 9000 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы лампы.</p> | Шт.               | 4          | 137000 | 548000           | 15 дней       | СКО, г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p><b>Производительность:</b> при бактерицидной эффективности: 95% — 753 м3/час; 99% — 491 м3/час.</p> <p><b>Потребляемая мощность:</b> 380 Вт</p> <p><b>Габариты:</b> 310x275x1035 мм</p> <p><b>Масса, не более:</b> 10,7 кг</p> <p><b>Комплект поставки:</b> облучатель, паспорт на русском и казахском языке, упаковочная тара.</p> <p><b>Разрешительные документы:</b></p> <p>Наличие регистрационного удостоверения, Письмо о том, что медицинская техника не относится к средствам измерения,</p> <p>Письмо о том, что медицинская техника не подлежит оценке безопасности и качества.</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

«Бекітемін»  
«СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері  
Утебаев А.О.



1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Атауы                          | сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | Бактерицидті сәулендіру құралы | <p>Ашық типті сәулендіру құралы ауа мен беттерді адамдар болмаған дақатты уль-тракүлгінсәулемен зарарсыздандыру үшін пайдаланылады, ауа-тамшы жолымен берілетін инфекциялардың алуды және олармен күресудің тиімді құралы болып табылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Орындау:</b> жылжымалы</li> <li>• <b>Сәулекөзі:</b> УК-шам 30 Вт-4 дана.</li> <li>• <b>Шамның сипаттамасы:</b> құрамында сынап мөлшері 4,3 мг – нағаспайтын ультракүлгін бактерицидтіп ам, Лампада таблетка немесе амалығама түрінде сақталатын (сұйық түрде емес), сәулену ағыны – 4,9 Вт, тікелей сәуле секторында 1м қашықтықта аз сәуленуі - 0,5 Вт/м2. Озонның қалыптасуы мүлдем жоқ.</li> <li>• <b>Ресурс лампы:</b> 9000 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы лампы. <b>Шам ресурсы:</b> 9000 сағат бактерицидті қағының құлдырауынс</li> </ul> | дана          | 4    | 137000 | 548000          | 15 күн          | СҚО, Петропавл қ., Ульянов көшесі, 98 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Ызшамның қызметі туралы мерзімнің соңына дейін</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Производительность:</b> при <b>Өнімділігі:</b> бак терияткіткімділік кезінде: 95% — 753 м3/сағ; 99% — 491 м3/сағ.</li> <li>• <b>Қуаттұғыну:</b> 380 Вт</li> </ul> <p><b>Габариттері:</b> 310x275x1035 мм</p> <p><b>Салмағы:</b> :10,7 кг-нан артық емес</p> |  |
|  | <p><b>Жеткізу жиынтығы:</b> сәулендіру құралы, орыс және қазақ тілдеріндегі паспорт, бұйымның бұйымдысы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Рұқсат беру құжаттары:</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <p>Тіркеу куәлігінің, медициналық техниканың өлшеу құралдарына жатпайтын туралы хаттың болуы, Медициналық техника қауіпсіздігі мен сапасын бағалауға жатпайтын туралы хат.</p>                                                                                                                                                                                |  |